

表2

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	鲁山县人民医院
拟采购产品名称	电子结肠镜系统
拟采购产品金额	2500000元
采购项目所属项目名称	鲁山县人民医院电子结肠镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	2500000元
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 为满足鲁山县人民医院现阶段诊断项目的需求，同时提高科研、临床诊断水平和实力，拟申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
该单位拟采购“电子结肠镜系统”，不属于《中国禁止进口、限制进口技术目录》中的产品，也不属于目录中禁止进口、限制进口产品。进口产品较国产设备在稳定性、图像清晰及市场占有率等方面有优势，结合该院在业务、科研及临床诊断方面的需求，建议采购进口产品。 专家签字  2026年8月10日	